


# REVYLINE

## RL100

Иrrигатор  
для полости рта



Благодарим Вас за приобретение ирригатора полости рта Revyline RL 100. Использование ирригатора существенно повышает уровень гигиенической защиты полости рта, предотвращает возникновение и развитие стоматологических заболеваний. Пульсирующий водный поток стимулирует кровоснабжение в деснах и улучшает их состояние. Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды помогают ирригатору Revyline RL 100 очищать межзубные промежутки, пришеечную область зубов и десневую борозду, что недоступно для обычной зубной щетки.




### Меры предосторожности

Перед использованием ирригатора Revyline RL 100 внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности. Это поможет вам максимально эффективно и комфортно использовать прибор.

1. Не берите штепсельную вилку влажными руками.
2. Не допускайте контакта корпуса прибора с водой или другими жидкостями.
3. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
4. Если прибор упал в воду, не дотрагивайтесь до него и немедленно выдерните вилку из розетки.
5. Если прибор находился в условиях отрицательной температуры, перед эксплуатацией необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 12 часов.
6. Перед каждым использованием прибора всегда проверяйте целостность кабеля питания.
7. Подключайте прибор только к электрической розетке, рассчитанной на соответствующую нагрузку.
8. Не направляйте струю воды под язык, в ухо, полость носа или другие уязвимые области. Мощная водная струя, генерируемая прибором, может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек на данных участках.
9. Используйте прибор в соответствии с инструкцией по применению и/или рекомендациями стоматолога.
10. Используйте дополнительные аксессуары и насадки только от ирригатора Revyline RL 100.
11. Не вставляйте инородные предметы в разъемы и отверстия на корпусе прибора.
12. Не добавляйте в воду для ирригатора гранулированные вещества, например, соль. Они забивают насос и рукоятку ирригатора.
13. Не используйте ополаскиватели для полости рта, содержащие в составе йод, масло, отбеливающие агенты.
14. Используйте для ирригации воду или раствор, рекомендованный стоматологом.
15. Не используйте прибор при наличии открытых ран в полости рта или на языке.
16. Если Вы находитесь в группе риска по состоянию здоровья и принимаете антибиотики перед проведением стоматологического лечения, перед применением ирригатора проконсультируйтесь со стоматологом.
17. Не снимайте резиновый кончик с прозрачной насадки для очистки пародонтальных карманов. Если он потерянся, замените насадку на новую.
18. Не разрешайте детям играть с прибором.

### Эксплуатация устройства

1. Вставьте вилку шнура питания в исправно работающую розетку.
2. Снимите крышку резервуара и сам резервуар с корпуса прибора. Наполните резервуар водой. Плотно закрепите резервуар на корпусе прибора.
3. Вставьте насадку в центральный разъем, расположенный в верхней части рукоятки. Маркировочное кольцо насадки должно быть на одном уровне с верхней границей рукоятки.
4. Для того, чтобы достать насадку, нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки одновременно с извлечением её из рукоятки.



5. Наклонитесь к раковине, введите насадку ирригатора в полость рта и расположите её кончик напротив зуба. Для включения прибора регулятор мощности давления поверните по часовой стрелке. Для выбора мощности напора водной струи используйте регулятор давления: по часовой стрелке — для увеличения, против — для уменьшения. Выберите для себя наиболее комфортный уровень давления. Во время ирригации продвигайте насадку вдоль линии десны, последовательно очищая каждый зуб.
6. После завершения использования прибора приведите регулятор давления жидкости против часовой стрелки до щелчка.

### Режим ирригации

Расположите насадку в полости рта таким образом, чтобы поток струи был направлен под углом 45° к поверхности зуба. Чтобы вода не разбрзгивалась, неплотно сомкните губы. Во время ирригации вода естественным образом должна вытекать из полости рта в раковину. Для лучшего результата вначале очистите боковые зубы (моляры), а затем передние. Продвигайте кончик насадки вдоль линии десны, задерживая его между зубами. Продолжайте процедуру до тех пор, пока не очистите зубы изнутри и снаружи, а также все межзубные промежутки.

### Режим паузы

Кнопка паузы, расположенная на рукоятке ирригатора, останавливает подачу воды в положении off. Запрещено оставлять прибор включенным более 10 секунд с кнопкой в положении off, т.к. это может привести к его поломке.

### Встроенный таймер

Прибор оснащен автоматическим таймером. Отключение происходит через 3 минуты.

### Выбор режима уровня давления

Уровень давления ирригационного потока устанавливается поворотным регулятором, расположенным на корпусе устройства. Конструкция прибора позволяет выбрать один из десяти режимов интенсивности.

**Внимание!** В начале применения прибора рекомендуется использовать минимальный уровень давления. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

**Бренд:** Revyline **Модель:** RL 100

Уровень давления жидкости: 210 - 870 кПа

Объем резервуара: 600 мл

Режимы давления струи: 10

Частота пульсации: 1 200 - 1 700 в минуту

Питание: от сети переменного тока 100 - 240V, 50/60 Hz

Потребляемая мощность: 18 Вт

Гарантия: 2 года

Товар не имеет срока годности

Хранить при комнатной температуре

Страна производителя – Китай

Изготовлено: Fly Cat Electrical Co.,Ltd. No.4 blgd, Xianyuxing industrial park, Gonghe community, Shajin Bao'an Shenzhen, China.

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А., г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, корп. 1.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

+7 (499) 341-94-92

[www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)

## Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи .....

Место для печати

### Насадки в комплекте



Стандартные насадки для регулярного использования – 3 шт.



Насадка с щетинками для очищения имплантатов, мостов, коронок



Пародонтальная насадка с резиновым наконечником для очищения десневых карманов



Ортодонтическая насадка для ухода за брекетами и другими системами



Насадка для очищения поверхности языка

**Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями запрещено.

### Особенности

Ирригатор оснащен крышкой-пеналом, в котором можно хранить насадки. Для надежной фиксации ирригатора к горизонтальной поверхности на дне прибора расположены присоски.